

Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

IFPS/ 47 /16

Kajetany dn., 27.12.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: **IFPS/47/16** na **OPRACOWANIE APLIKACJI POZWALAJĄCEJ NA SAMODZIELNE WYKONANIE PRZESIEWOWEGO BADANIA POSTUROGRAFICZNEGO ORAZ DOSTAWĘ 7 KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO WYKONANIA BADAŃ.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej **P. z. p.**) Zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – przekazuje treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Jako że Zamawiający oczekuje współdziałania aplikacji (software) z konkretnym urządzeniem (hardware), których to (hardware) Wykonawca ma dostarczyć 7 szt., jednak do uruchomienia aplikacji zazwyczaj wymagane jest każdorazowo podłączenie „platformy posturograficznej” do stacji roboczej (komputera) na której ma ona być obsługiwana. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza aby aplikację można było instalować na nieograniczonej liczbie komputerów, ale uruchomienie tej aplikacji było możliwe tylko z podpiętym do stacji roboczej urządzeniem?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza, aby uruchomienie aplikacji było możliwe tylko z podpiętym do stacji roboczej urządzeniem.

Zamawiający zastrzegł w Załączniku 1b do SIWZ możliwość nieograniczonej instalacji aplikacji, na dowolnych stacjach roboczych, tak aby wykorzystanie oferowanego urządzenia było możliwe również poza Kapsułą. Zamawiający ma świadomość, że sama aplikacja – bez urządzenia nie będzie wykonywała żadnych badań i pomiarów.

Pytanie 2

Mając na uwadze fakt, iż zamawiający otrzyma gotową aplikację zgodną ze wszystkimi założeniami realizacji projektu, czy Zamawiający pod pojęciem „możliwość nieograniczonej modyfikacji” rozumie:

a) modyfikację szaty graficznej, layoutu, opisów, instrukcji tekstowych i słownych itp.

czy też

b) - modyfikacje „kodu źródłowego” tej aplikacji?

Odpowiedź 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji aplikacji w zakresie layoutu, szaty graficznej oraz instrukcji.

Zamawiający wymaga przeniesienia praw do przygotowanej – pod nadzorem zamawiającego – koncepcji badania, a w tym również aplikacji w opisanym powyżej zakresie.

Pytanie 3

Jakiego terminu realizacji wymaga Zamawiający?

Odpowiedź 3

Termin realizacji wynosi max. do 50 dni od daty zawarcia umowy.

Zapis w Rozdziale IX pkt. 5 SIWZ powinien mieć brzmienie:

„Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego terminu realizacji, liczonego **w dniach od chwili zawarcia umowy**. Zaoferowany termin nie może być dłuższy od 50 dni i krótszy od 30 dni.”

Pytanie 4

Jako że Zamawiający oczekuje by Wykonawca dostarczył 7 szt. urządzeń (hardware) oraz przygotował i przekazał aplikacje (software, oprogramowanie), czy Zamawiający wymaga przekazania/przeniesienia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych” dotyczących:

a) samego oprogramowania

czy też


b) oprogramowania oraz konstrukcji mechanicznej platformy pomiarowej, elektroniki, projektu układów, designu, projektu „matrixa” pomiarowego?

Odpowiedź 4

Zamawiający oczekuje przeniesienia praw do aplikacji, a w szczególności do koncepcji samodzielnego badania.

Proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Paweł Doliński